



नाशिक महानगरपालिका,नाशिक

सार्वजनिक वैद्यकीय (आरोग्य) विभाग

(सन २०२६ ते २०२८)

ई-कोटेशन नोटीस क्र.- ०५

दि. १७/०८/२०२६

विषय- नाशिक महानगरपालिका सार्वजनिक विभागांतर्गत रुग्णालयातील डेंग्यू संशयीत रुग्णांच्या रक्तजल नमुना तपासणी करिता आवश्यक Dengue IgM ELISA किट्स सन २०२६-२७ व सन २०२७-२८ या दोन वर्ष कालावधीकरिता दर निश्चित करून वेळोवेळी मागणीनुसार खरेदी करणे कामी जाहीर ई-कोटेशन प्रक्रियेद्वारे दर मागविणेत येत आहेत.

१. कोटेशन फॉर्म मिळण्याचा कालावधी : दि.१७/०८/२०२६ ते दि.२४/०८/२०२६

२. कोटेशन फॉर्म भरून जमा करण्याची अंतिम तारीख : दि.२४/०८/२०२६

३. कोटेशन फॉर्म मिळण्याचे ठिकाण व वेळ : वैद्यकीय (आरोग्य) अधिकारी कार्यालय
राजीव गांधी भवन ३ रा मजला,शरणपूर
रोड,नाशिक

वेळ सकाळी १०:०० ते ४:०० पर्यंत

संकेतस्थळ: www.nmc.gov.in

कोटेशन फॉर्म पूर्ण भरून बंद लिफाफ्यात मा.वैद्यकीय (आरोग्य) अधिकारी यांचे नावे म.न.पा.राजीव गांधी भवन,सार्वजनिक वैद्यकीय (आरोग्य) विभाग येथे कार्यालयीन वेळेत देणेत यावेत.अपूर्ण कोटेशन फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत.कोटेशन फॉर्म सोबत पॅन कार्ड व जी.एस.टी.रजि.प्रमाणपत्र यांची छायांकित प्रत जोडणे अनिवार्य आहे. कोटेशन फॉर्म स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा हक्क/अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.

सादर करावयाची कागदपत्रे :

१) दरपत्रक (कोटेशन फॉर्म)

२) GST प्रमाणपत्र सत्यप्रत

३) PAN कार्ड सत्यप्रत

वैद्यकीय(आरोग्य)अधिकारी
नाशिक महानगरपालिका,नाशिक



नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

सार्वजनिक वैद्यकीय (आरोग्य) विभाग

(सन २०२६-२७ ते २०२७-२८)

ई-कोटेशन नोटीस क्र.- ०५

दि. १७/०८/२०२६

निम्नलिखित तपशीलाप्रमाणे नाशिक महानगरपालिका सार्वजनिक वैद्यकीय (आरोग्य) विभागांतर्गत मनपा कार्यक्षेत्रात डेंग्यू डासांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तापाच्या रुग्णाचे प्रमाण वाढले असून वाढत्या डेंग्यू संशयीत रुग्णांच्या रक्तजल नमुना तपासणी करिता आवश्यक असलेले Dengue IgM ELISA Kits सन-२०२६-२७ व सन-२०२७-२८ दोन वर्षे कालावधीत वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार करणे कामी बाजारभाव/ दर (Quotation) बोलाविणेत येत आहेत. तरी त्या बाबतचे दर (सर्व करांसह) बंद पाकिटातून दि. २४/०८/२०२६ पर्यंत इकडील कार्यालयात पाठविणेचे करावे.

सदरचे दर हे पुरावठादारास ३६५ x २ दिवसांकरिता (सन-२०२६-२७ व सन-२०२७-२८) बंधनकारक राहतील. सदरचे दर सर्व करांसह सादर करावे. म.न.पा. करारनामा अटीशर्ती पुरवठादारास बंधनकारक राहतील. त्यानुसार वेळोवेळी मागणीनुसार व आवश्यकतेनुसार किट्सचा कार्यारंभ आदेशानुसार पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहिल. खालील नमूद तांत्रिक विनिर्देशानुसार (specification) Dengue IgM ELISA (96 wells) दर सादर करावे.

अ.क्र.	किटचे नाव	पॅकिंग	दर (सर्व करांसह)
1	Dengue IgM ELISA Kit (96 wells)	1Kit	

टीप- वरील बाबी करिता प्रति कीट (96 wells) प्रमाणे सर्व करांसह दर नोंदवावे.

पुरवठादाराची सही व शिक्का

Technical Specifications Technical Specification of Dengue IGM Antibody detection kit by ELISA (96 wells)	
1	A standard Dengue IgM ELISA kit should be designed for the qualitative detection of IgM antibodies in human serum or plasma to aid in the diagnosis of acute dengue infections.
2	The kit should be provided with the following materials and reagents:
	a) Dengue antigen-coated microplate (or Anti-human IgM coated wells for the capture method).
	b) Dengue Virus Antigen
	c) IgM Positive and Negative Controls
	d) Enzyme Conjugate (e.g., HRP-anti-dengue or HRP conjugate)
	e) Sample Diluent & Wash Buffer (Concentrate)
3	f) TMB Substrate Solution and Stop Solution
	The time required for performing the test for detection of dengue IGM Antibody by ELISA should have Incubation time: typically requires cumulative incubation periods (e.g. sample incubation for 60 mins, conjugate for 60 mins, and substrate for 15-20 mins, depending on the specific protocol).
4	The Dengue IGM ELISA kit for detection of qualitative detection of IgM antibodies should have a Sensitivity: Ranges between 95.0% to 99.1% for primary infections.
5	The kit should have a shelf-life of at least 12 to 18 months from the date of manufacturing. And when it stored at an ambient temperature of 2°C -8°C.
6	Transportation should be under cold chain.
7	Pack Size: Standardly 96 tests per kit (microliter plates with break-away wells).
8	Kit should detects all four dengue virus serotypes: DEN-1, DEN-2, DEN-3, and DEN-4.

पुरवठादाराची सही व शिक्का