

**नाशिक महानगरपालिका, नाशिक**

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

(सन २०२४-२५)

ई - कोटेशन नोटीस क्र.०२

दि. ०४/०९/२०२४

नाशिक महानगरपालिका सार्वजनिक विभागांतर्गत रुग्णालयातील डेंग्यू संशयीत रुग्णांच्या रक्तजल नमुना तपासणी करिता आवश्यक ELISA टेस्ट किट्स (96 wells) [Elisa for detection of Dengue NS 1 antigen] सन २०२४-२५ वर्षासाठी आवश्यकतेनुसार खरेदी कामी जाहीर ई-कोटेशन द्वारे दर मागविणेत येत आहे.

१. कोटेशन फॉर्म मिळण्याचा कालावधी : दि. ०४/०९/२०२४ ते दि. ०९/०९/२०२४

२. कोटेशन फॉर्म भरून जमा करणेची अंतिम तारीख : दि. ०९/०९/२०२४

३. कोटेशन फॉर्म मिळण्याचे ठिकाण व वेळ : वैद्यकिय (आरोग्य) अधिकारी कार्यालय, राजीव गांधी भवन, ३रा मजला, शरणपुर रोड, नाशिक.  
वेळ : सकाळी १०:०० ते ४:०० पर्यंत.  
संकेतस्थळ - [www.nmc.gov.in](http://www.nmc.gov.in)

कोटेशन फॉर्म पूर्ण भरून बंद लिफाफ्यात मा.वैद्यकिय (आरोग्य) अधिकारी यांचे नावे मनपा राजीव गांधी भवन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग येथे कार्यालयीन वेळेत देण्यात यावे. अपूर्ण कोटेशन स्विकारले जाणार नाही. कोटेशन फॉर्म सोबत पॅन कार्ड व जी.एस.टी.रजि.प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. कोटेशन फॉर्म स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा हक्क राखून ठेवण्यात आला आहे.

सादर करावयाची कागदपत्रे :

- १) दरपत्रक (कोटेशन फॉर्म)
- २) GST प्रमाणपत्र सत्यप्रत
- ३) PAN कार्ड सत्यप्रत

वैद्यकिय (आरोग्य) अधिकारी  
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक.



नाशिक महानगरपालिका, नाशिक  
कोटेशन फॉर्म

दि. ०४/०९/२०२४

निम्नलिखित तपशीलाप्रमाणे नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक विभागांतर्गत रुग्णालयातील डेंग्यू संशयीत रुग्णांच्या रक्तजल नमुना तपासणी करिता आवश्यक ELISA टेस्ट किट्स (96 wells) [Elisa test kit for detection of Dengue NS 1 Antigen] सन २०२४-२५ वर्षासाठी आवश्यकतेनुसार खरेदी करणेकामी बाजारभाव (Quotation) बोलविणेत येत आहेत. तरी त्याबाबतचे दर बंद पाकिटातून दिनांक. ०९/०९/२०२४ पर्यंत इकडील कार्यालयास पाठविणेचे करावे.

सदरचे दर पुरवठादारास सन २०२४-२५ या वर्षासाठी बंधनकारक राहतील. दर हे सर्व करांसह व सोबत नमूद तांत्रिक विनिर्देशानुसार (specification) सादर करावेत.

अ.क्र.	किटचे नाव	पॅकिंग	दर (सर्व करांसह)
1	Elisa test kit for detection of Dengue NS 1 Antigen (96 wells)	1Kit	

टीप- वरील बाबी करिता प्रति कीट (96 wells) प्रमाणे सर्व करांसह दर नोंदवावे.

शिक्का

पुरवठादाराची सही व

<b>Technical Specifications</b>	
<b>Technical Specification of Dengue NS1 Antigen detection kit by ELISA under NVBDCP ( National Vector Borne Disease Control Programme)</b>	
1	The ELISA kit should be designed for qualitative detection of dengue NS1 antigen of all 4 dengue serotypes in human serum.
2	The kit should be provided with the following materials and reagents:
	a) Anti- NS1 Antibody Coated Breakway Microwells (12°8-98 welis). Desiccant should be provided for storing the unused microwells which are to be resealed immediately.
	b) Horseradish peroxidase conjugated Anti-NS1 monoclonal antibody with preservatives
	c) Chromogenic substrate in buffer
	d) Positive Control in the form of recombinant antigen with preservatives and antibiotics
	e) Negative control in the form of confirmed negative human serum with preservatives and antibiotics
	f) Calibrators in the form of recombinant antigen with preservatives and antibiotics
	g) Sample diluents
3	The time required for performing the test for detection of dengue NS1 antigen by ELISA should range between 2-4 hours.
4	The ELISA kit for detection of dengue NS1 antigen should have a sensitivity of >90% and a specificity of >95% taking RT-PCR as the gold standard.
5	The kit should have a shelf-life of at least 6 months when stored at an ambient temperature of 2°C -8°C.
6	Transportation should be under cold chain.
The Technical Specification of Dengue NS1 Antigen detection kit by ELISA under NVBDCP approved by Technical Specification Committee	

पुरवठादाराची सही व शिक्का